

医療安全ニュース

経腸栄養分野の新規コネクタ製品への切り替えの準備はすすんでいますか？

製品分野間の誤接続を防止する目的で、国際規格へのコネクタ変更が進められています。

従来品は2022年11月末までに出荷終了します。

新規格製品と既存規格製品と接続できません。

接続するためには**専用のコネクタ**が必要です。

新規格製品は
紫色です

投与側 栄養セット・注入側	留置側 カテーテル	接続の可否
		
		
		
		

詳細は下記特設ページにあります。

図は JMS より引用、一部改変

<https://www.pmda.go.jp/files/000230589.pdf>

※転院や救急搬送時に必要な対応が可能となるように、医療機関同士で情報提供を行っていきましょう。